





Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. NL

## COE-COMFORT™

TISSUE CONDITIONER VOOR DE EDENTATE KAAK

Alleen te gebruiken in de vermeide toepassingen door gekwalificeerde tandheelkundige tandheelkundigen.

##### TOEPASSINGEN

Als een tissue conditioner bij slecht passende prothesen om genezing van beschadigd tandvees te bespoedigen. Als functioneel afdrukmaterial voor volledige prothesen. Als functioneel afdruk materiaal voor rellinen af partiele distale uitbreidingen op onbetande vlakken. Afdrukmaterial voor de vervaardiging van obturatoren. Als voering van chirurgische en periodontale spalken. Diagnostisch middel voor het lokaliseren van drukplaatsen bij prothesen. Als voering ter stabilisering van de basispel tijdens het opnemen van de kaakrelatie.

##### CONTRA-INDICATES

Niet toepassen bij patiënten waarvan bekend is dat ze overgevoelig zijn voor methacrylaat. Verwijs naar een arts als allergie optreedt.

##### GEBRUIKSAANWIJZING

**Verwerking van het product:**

**Wees voorzichtig met openen.** COE-COMFORT vloeistof is brandbaar: houd weg van hitte, vonken en vuur. Verwerk met voldoende ventilatie. Slik of adem de damp niet in. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's) zoals handschoenen, gezichtsmaskers en veiligheidsbrillen moeten altijd worden gedragen. Controleer de fles met vloeistof alvorens het te gebruiken. Zorg ervoor dat na verwijdering van de dop de flesopening geen obstakels heeft. Sommige flessen kunnen een afsluiting (verzegeling) hebben. Deze verzegeling moet in de dop zitten en de opening van de fles niet bemerlemen.

In geval van contact met de ogen, spoel deze met water gedurende minstens 15 minuten. Zoek direct medische hulp. Indien bevanging door de damp, zoek dan frisse lucht op. Als ademhalen moeilijk gaat, dien zuurstof toe en roep medische hulp in. Bij inslikken, geef water om te verdunden en roep medische hulp in. In geval van contact met de huid, grondig wassen met zeep en water. Voor meer informatie raadpleeg het Veiligheid Informatie Blad (VIB).

##### Tissue Conditioning:

###### I. Pre-operatieve overwegingen:

Het genezen van beschadigd zacht weefsel heeft tijd en verschillende behandelingen met COE-COMFORT nodig. Het is aan te bevelen voordat met de behandeling wordt aangevangen en bij elk volgend bezoek een afdruk te nemen en daarmee een studie-model te vervaardigen. Vergelijken van de opvolgende modellen zal aangeven hoe de genezing vordert. Als de huidige prothese het weefsel onvoldoende bedekt en geen juiste centrale en verticale relatie bezit, dan moet de prothese gerebaseerd en geconigreerd worden voordat met de behandeling wordt aangevangen. Als het weefsel onder zowel de boven- als de onderprothese behandeld moet worden, overweeg dan een separate behandeling. Als dat ondoenlijk is breng dan eerst een voering aan onder de bovenprothese en plaats die. Prepareer vervolgens de onder-prothese en de plaats die. Gebruik aparte mengsel van COE-COMFORT.

###### II. Bewerken van de prothese:

Met een handstuk worden ondersnidingen weggenomen zodat barrières verdwijnen. De prothese wordt gewassen en goed gedroogd. Breng op de buccale en labiale randen een laagje COE LUBRICANT aan zodat hechting met COE-COMFORT wordt voorkomen.

###### III. Mengen:

Deponeer 5 mL COE-COMFORT vloeistof in de wegwerp mengbeker. Vul de rode maatbeker tot aan de rand met COE-COMFORT poeder [6 g (9 ml)] en voeg het langzaam bij de vloeistof. Meng goed gedurende 30 seconden. Laat het mengsel ongeveer 1 minuut staan tot het de traag van de spatel dript. Opmking: Minder vloeistof levert een dikker en sneller hardend mengsel op (en vice versa).

###### IV. Voeren van de prothese:

Verstred het mengsel gelijkmatig over het oppervak dat van een voering moet worden voorzien, inclusief de perifere randen. Vraag de patiënt gedurende die tijd de mond goed te spoelen met koud water. De verlaagde temperatuur in de mond zorgt voor een langere verwerkingstijd. Plaats de prothese in de mond alslof U een afdruk neemt. Vraag de patiënt ZEER LANGZAAM tot occlusie dicht te bijten. Als de prothese goed op zijn plaats zit moedig dan de patiënt aan een paar minuten te praten zodat het weefsel gestimuleerd wordt. Na vier tot vijf minuten wordt de prothese uitgenomen en goed gespeeld in koud water. Neem overmaat aan materiaal weg. Inspecteer de onderzijde van de prothese op (druk-)plaatsen alwaar de roze basis door de witte COE-COMFORT heen schijnt. In zulke gevallen valt ter ontlasting plaatselijk met een handstuk materiaal weggenomen, schoon gespeeld en de hele prothese gedroogd. Meng een kleine hoeveelheid COE-COMFORT en breng het aan op de geconigreerde drukplaatsen. Vraag de patiënt te spoelen met koud water, plaats de prothese weer en laat de patiënt ZEER LANGZAAM tot in occlusie dichtbijten.

###### V. Voortgezette behandeling:

Volledige genezing van het weefsel is tijdrovend en verscheidene behandelingen met COE-COMFORT zullen nodig zijn. Vraag de patiënt 2-4 dagen na de eerste en elke volgende zitting terug te komen kunnen. In elke zitting wordt de voering van COE-COMFORT met een handstuk weggenomen en wordt een nieuwe voering volgens de hierboven beschreven methode aangebracht. Twee of drie behandelingen kunnen voldoende zijn, maar ga zo lang door tot u de overtuiging heeft dat voortgezette behandeling geen verdere genezing tot gevolg heeft. In dit stadium wordt aan de stoel de prothese gerelieerd met een harde voering.

##### ANDERE INDICATES

Bij andere indicaties wordt in principe dezelfde procedure als voor tissue conditioning toegepast maar aangepast aan de bijzondere toepassingen.

##### OPSLAG

Aanbevelen voor een optimaal resultaat: Op een droge plek op kamertemperatuur bewaren (70° to 77°F; 21° to 25°C).

##### VERPAKKINGEN

COE-COMFORT Professioneel Pak  
COE-COMFORT Poeder, 170g  
COE-COMFORT Vloeistof, 177mL (6fl oz)

##### REINIGING EN DESINFECTIE

MULTI-TOEPASBARE DOESERSYSTEEM: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dienen de flessen en het meetinstrumentarium op gemiddeld niveau te worden gedesinfecteerd. Inspecteer de flessen en het meetinstrumentarium en labels direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het niet meer indien beschadigd. NIET ONDERDOMPELEN. Reinig de flessen en het meetinstrumentarium grondig om het oppervlak en accumuleren van verontreinigingen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie controle product welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.

Sommige producten waarmaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op: <http://www.geurope.com>

Of voor Noord-en Zuid-Amerika:

<http://www.gcamerica.com>

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

Ongewenste effecten-rapporteren Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst effect, reactie of soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit product, inclusief degene die niet in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, meld deze dan rechtstreeks via het relevante waarschuwingssysteem, door de juiste autoriteit van uw land te selecteren toegankelijk via de volgende link: [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) evenals ons interne waarschuwingssysteem: [vigilance@gc.dental](mailto:vigilance@gc.dental) Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de veiligheid van dit product.

Laatste herziening: 09/2019

## COE-COMFORT™

REBASERINGSMATERIALE TIL TANDLØSE KÆBER

Udelukkende til benyttelse af professionelt tandplejepersonale til de i denne brugsanvisning beskrevne indikationer.

##### INDIKATIONER

Blod mildtildrigt rebasering af dårligt passende proteseer, hvorved mucosa får ro og mulighed for at regenerere sig. Funktionsaftryk i fuld-kæbe-proteser. Funktionsaftryk i forbindelse med rebasering af distale ekstensioner på partielle proteseer. Aftryk ved fremstilling af obturatorer. Rebasering af kirurgiske og periodontale fixeringskinner. Diagnostisk hjælpemiddel ved lokalisering af tryksteder i proteseer. Stabilisering af basisplader under registrering af kæbedelsrelationer.

##### KONTRAINDIKATIONER

Patienter med konstateret allergi overfor metakrylat. I tilfælde af allergi hervises patienten til læge.

##### BRUGSANVISNING

**Produkthåndtering:**

**Opnåes med varsomhet.** COE-COMFORT vætska är brandfarlig; holdes det væk fra varmekilder, gnister og flammer. Bruges under blås ventilations/ventilerling. Dampje må ikke indtages eller indåndes. Personlige Værnemidler (PPE) såsom handsker, ansigtsmasker og beskyttelsesbriller skal altid bæres.

Kontroller flasken med vætske for brug. Vær sikker på, når Iaget fjernes, at der ikke er nogen forhindringer. Nogle flasker indeholder en (slags) forsegling. Forseglingen skal være i Iaget og ikke forhindre åbningen.

I tilfælde af kontakt med øjnene skylles disse i mindst 15 minutter. Søg omgående lægehjælp. Ved for meget damp søges frisk luft. Hvis vejrtrækningen er besværet gives oxygentilføi og der søges læge. Hvis noget sluges fortyndes med vand og der søges læge. I tilfælde af kontakt med huden vaskes grundigt med vand og sæbe. For yderligere information læs sikkerheds-datablad (SDS).

##### Regenerering af Mucosa:

###### I. Overvejelser inden behandlingen:

Regenerering af mucosa, hvis tilstand er dårlig, tager tid og forudsætter flere applikationer af COE-COMFORT. Det anbefales derfor inden behandlingen påbegyndes, samt ved hver udskiftning af COE-COMFORT at tage et aftryk og udstøbe en studiemodel. Behandlingsforløbet kan heretter kontrolleres ved sammenligning af modellerne. Hvis protesen ved behandlings start ikke har tilstrækkelig understøttelseffade, foresktd bidhøjde eller okklusion, bor den korrigeres og rebaseres inden behandlingsindes start. Hvis mucosa under både over- og under-kæbeprotese kræver behandling, må det overvejes at behandle i to tempi. Hvis dette ikke er muligt, rebaseres først protesen i overmundet, og dernæst protesen i undermundet. Udrør en ny portion COE-COMFORT til hver af proteseerne.

###### II. Forberedelse af protesen:

Vha. en akrylfraeser fjernes underskæringer for at forhindre protesen i at komme i berøring med mucosa. Vask og tør protesen omhyggeligt. Dæk protensens labiale og buccale flader med COE LUBRICANT for at forhindre at COE-COMFORT adhærerer til disse flader.

###### III. Blandinger:

Afrul 5 mL COE-COMFORT-væske i et engangsblandsbæger. Fyld det røde mål med COE-COMFORT-pulver (6 g), og udrør det langsomt i væsken. Rør omhyggeligt i 30 sekunder Lad blandingen henstå ca. 1 minut indtil den flyder trægt fra spatlen.

Obs: Mindre mængd vætske gør tjockere, mer snabstelnande blanding og vice versa.

###### IV. Rebasering:

Forde! COE-COMFORT-blandingen i et jævnt lag på de rebaseringskrævende områder samt på protsens kanter. Mens dette foretages, bedes patienten om at skylle munden omhyggeligt med koldt vand. Den temperaturreduktion der herved opstder resulterer i en længere og mere passende arbejdstid. Placer protsen in situ, som når der tages et aftryk. Bed patienten bide meget forsigtigt sammen i central okklusion. Når COE-COMFORT er afbundet så meget at materialet ikke løber, bedes patienten tale i 1-4 minutter, hvorved mucosa stimuleres. Efter 4-5 minutter fjernes protsen og skylles grundigt under koldt vand. Fjern overskud. Kontroller protsens kontaktområde. Hvis der er områder hvor den lyserede proteseakryl tydeligt viser sig gennem den hvide COE-COMFORT, aflastes disse områder vha. en akrylfraeser, og hele protsen skylles og tørres omhyggeligt. Bland en lille portion frisk COE-COMFORT og applicer på de nyligt aflastede områder. Bed patienten om igen at skylle grundigt med koldt vand, placer igen protsen in situ, og gentag patientens bide meget forsigtigt sammen i central okklusion.

###### V. Ytterligere behandling:

Fuldstændig regenerering af mucosa tager tid, og det kan være nødvendigt med gentagne applikeringer af COE-COMFORT. Patienten indkaldes med 2-4 dages mellemrum. Ved hver konsultation fjernes alt COE-COMFORT vha en akrylfraeser, og en ny COE-COMFORT rebasering places, som beskrevet herover. To til tre behandlinger kan være tilstrækkelige, men fortsæt behandlingen til der ikke skønnes at kunne opnås yderligere forbedringer. Herefter rebaseres protsen med et direkte hårdtrelievede rebaseringsmateriale.

##### ANDRE INDIKATIONER

Ved anvendelse af COE-COMFORT til andre indikationer, tilpasses de ovennævnte procedurer.

##### OPEVARING

For optimale egenskaber anbefales det, opbevares på et tørt sted ved stuetemperatur (70° to 77°F; 21° to 25°C).

##### PAKNINGER

COE-COMFORT Professionel pakning  
COE-COMFORT Pulver, 170g  
COE-COMFORT Væske, 177mL (6fl oz)

##### ANBEFALING TIL RENGØRING OG DESINFEKTION

APPLICERINGSYSTEM TIL FLERGANGSBRUG: For at undgå krydskontaminering mellem patienterne, skal flasker og måleenheder desinficeres på mellemniveau. Umiddelbart efter anvendelse inspiceres flasker, måleenheder og mærkater for problemer. Defekte enheder skal kasseres. MÅ IKKE LÆGGES I DESINFEKTIONS/VÆSKER. Rengør flasker og måleenheder omhyggeligt, således smudsrester ikke tørrer ind eller opbøbes. Desinficer på mellemniveau og tål dem i nationale retningslinjer for dette.

Nogle produkter, som er beskrevet i denne IFU, kan være klassificerede som farlige, i henhold til GHS. Læs altid op på alle arbejdshygiejniske anvisninger som kan findes på: <http://www.geurope.com>

eller for Amerika:

<http://www.gcamerica.com>

De kan altid rekvireres hos dit depot.

##### Ulsigtede bivirkninger

Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, bivirkninger eller ign, som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til Lægemiddelstyrelsen eller via dette link:

[https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) Samt til vort interne overvågningssystem: [vigilance@gc.dental](mailto:vigilance@gc.dental)

Herved hjælper du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet.

Sidst revideret: 09/2019

## COE-COMFORT™

REBASERINGSMATERIAL FÖR TANDLÖSA KÄKAR

För endast användas av utbildad personal inom de rekommenderade områdena.

##### REKOMMENDERADE INDIKATIONER

Rebasering av proteser med dålig passform underlättar tillfrisknandet av skadad mjukvävnad. Funktionsavtryck för helprotes. Funktionsrebasering under distala sadlar på partialproteser. Avtrycksmaterial vid konstruktionen av obturatorer. Rebasering av kirurgiska och periodontala skenor. Diagnostiskt hjälpmedel för lokalisering av tryckpunkter hos proteseer. Stabiliserande rebasering av vaxschablonens basplatta vid betäckningsbestämning.

##### KONTRAINDIKATIONER

Patienter med käd allergi för akrylatmaterial. I händelse av allergiska reaktioner remittera omedelbart till läkare.

##### BRUGSANVISNING

###### Produkthantering:

**Opnåes med varsamhet.** COE-COMFORT vätska är brandfarlig; undvik uppvärmning, gnister och flamma. Använd med tillräcklig ventilation. Svälj inte eller andas in ångan. Personlig Skyddsutrustning (PPE) som handskar, munskydd och skyddsglasögon ska alltid användas.

Kontrollera flaskan med vätska före användning. Se till att flasköppningen vid avlägsnande av locket inte har några hinder. Vissa flaskor kan innehålla en insats (som tätning). Insatsen måste vara i locket så att den inte hindrar öppning.

Vid kontakt med ögonen, skölj noggrant med vatten i minst 15 minuter. Uppsök omedelbart läkarevård. Om du utsatts för ånga, se till att inandas rikligt med frisk luft. Vid andningssvägigheter, ge syrgas och kontakta läkare. Vid förtäring, drick vatten och kontakta läkare. Vid kontakt med huden tvätta nogga med tvål och vatten. För mer information läs säkerhetsdatablad (SDS).

###### Vårdnsrekonditionering:

###### I. Överväganden före behandlingen:

Återställande av friska förhållanden i skadad mjukvävnad tar tid och kräver flera applikeringar av COE-COMFORT. Innan behandlingen börjar och vid varje behandling därefter rekommenderas att avtryck tas för en studiemodell som slås ut omedelbart. Jämförelse av dessa studiemodeller visar hur väl behandlingen fortskrider. Om de existerande proteserna inte har tillräcklig understödsyta, felaktigt betthjöd eller okklusion skall de rebaseras och korrigeras innan behandlingen påbörjas. Skulle vävnaden under både över-och underkärpsproteser behöva behandling, överväg att behandla våra käke för sig. Ät detta av någon anledning över- och underkärpепrotese kräver behandling, må det övervejes at behandla i to tempi. Hvis dette ikke er muligt, rebaseres først protesen i overmundet, og dernæst protesen i undermundet. Udrør en ny portion COE-COMFORT til hver af proteseerne.

###### II. Forberedelse af protesen:

Med et stort rundbord avlägsnas de underskär på protsen som kan försvåra behandlingen. Tvätta och torka protsen noggrant. Täck bukal-och labialtryk med COE LUBRICANT för att förebygga att COE-COMFORT fastnar.

###### III. Tillblandning:

Mät upp 5 mL vätska till COE-COMFORT i en blandningskopp av engångstyp. Fyll den röda måtskåpan med pulver till COE-COMFORT (6 g), håll pulvet långsamt i vätskan. Blanda noggrant under 30 sekunder. Ställ undan blandningen i ungefär 1 minut tills den flyter långsamt från spateln.

Obs: Mindre mängd vätska gör tjockare, mer snabbtelnande blanding och vice versa.

###### IV. Rebasering av protesen:

Sprid ut blandningen i ett jämnt lager på den aktuella protesytan, inklusive protsens perifer kanter. Samtidigt skall patienten skölja munnen noggrant med kallt vatten. Den minskade temperaturen i munnen ger gynnsammare arbetstid. Sätt in protsen i munnen - som vid avtryckstagning. Be patienten bita samman MYCKET FÖRSIKTIGT. När protsen är säkert på plats, se till att patienten talar några minuter så att vävnaderna "stimuleras". Efter 4-5 minuter avlägsnas protsen och sköljs noggrant i kallt vatten. Avlägsna överflödigt material. Inspektera protsens kontakttyta, sök efter områden där det rosa protsesmaterialet lyser igenom det vita skiktet av COE-COMFORT. Där så förekommer görs en avlastning med ett stort rundbord; skölj och torka protsen noggrant. Blanda till en liten mängd COE-COMFORT och applicera denna i den nysy gjorda avlastningen. Låt patienten skölja med kallt vatten, sätt åter in protsen i munnen och låt patienten bita samman MYCKET FÖRSIKTIGT.

###### V. Den fortsatta behandlingen:

Att helt återställa vävnaden tar tid och många upprepade behandlingar med COE-COMFORT kan bli nödvändiga. Ge patienten tid för återbesök 2-4 dagar efter den första och därefter nödvändiga behandlingar. Vid varje återbesök skall COE-COMFORT avlägsnas från protsen med ett stort rundbord och ny COE-COMFORT appliceras på sätt som beskrivs ovan. Två eller tre behandlingar kan vara tillräckligt, men fortsätt tills behandlingen inte ger ytterligare förbättring. Nu rebaseras protsen med hårt chairside-material.

##### ANDRA INDIKATIONER

På andra indikationer kan i särskilda fall i princip samma procedur som beskrivits för vårdnsrekonditionering komma till användning.

##### FÖRVARING

Rekommenderas för optimal prestanda, förvara på torr ställe vid rumstemperatur (70° to 77°F; 21° to 25°C).

##### FÖRPACKNINGAR

COE-COMFORT Professionell förpackning  
COE-COMFORT Pulver, 170g  
COE-COMFORT Vätska, 177mL (6fl oz)

##### RENGÖRING OCH DESINFEKTION

APPLICERINGSYSTEM FÖR FLERGÅNGSBRUK: För att undvika korskontaminering mellan patienter så fördras dessa enheter desinfektion på mellanivå. Efter användning, inspektera omedelbart enheterna om kvalitetsförsämring av etiketterna. Ifall skador kan ses, byt ut enheterna. SÅNK INTE NER. Rengör enheterna noggrant och torka dem ordentligt torr. Tillse att ingen ackumulerad smuts finns kvar. Desinficera med en produkt som är klassad och registrerad i enlighet med regionala/nationella riktlinjer gällande desinfektion på mellanivå.

Vissa av de produkter som omnämns i denna Bruksanvisning kan vara klassificerade som farliga i enlighet med GHS. Se till att alltid bekanta dig med säkerhetsdatablad, de finns tillgängliga på: <http://www.geurope.com>

eller för Amerika:

<http://www.gcamerica.com>

De finns också tillgängliga hos din leverantör.

##### Rapportering av oönskade effekter

Om du upptäcker någon form av oönskade effekter, reaktioner eller liknande händelser som upplevs efter användning av denna produkt, inklusive de som inte är upptagna i denna bruksanvisning, rapportera dem direkt genom det relevanta väksamhetssystemet genom att välja landets behöriga myndighet, finns tillgängligt via denna länk:

[https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) såväl som vårt interna väksamhetssystem: [vigilance@gc.dental](mailto:vigilance@gc.dental)

På detta sätt bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produkt.

Senast uppdaterad: 09/2019

## COE-COMFORT™

CONDICIONADOR PARA TECIDOS EDÊNTULOS

Deve ser utilizado apenas por profissionais na área de odontologia e de acordo com as indicações recomendadas.

##### INDICAÇÕES RECOMENDADAS

O produto é indicado para o revestimento de próteses totais removíveis que tenham um ajuste deficiente. Atua como um condicionador para facilitar a recuperação de tecidos mole danificados. Material para moldagem funcional de próteses totais removíveis. Material para moldagem funcional para forramento de áreas edêntulas de extremidades livres. Material para moldagem funcional para construção de obturadores. Revestimento de splint cirúrgico e periodontal. Localiza áreas de pressão em próteses totais removíveis. Revestimento para estabilização durante a moldagem de relações inter-maxilares.

##### CONTRAINDICAÇÕES

Não utilizar em doentes com sensibilidade conhecida ao metacrilato. Em caso de alergia, consultar um médico.

##### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

###### Manuseamento do produto:

**Abra com cuidado.** Líquido de COE-COMFORT é inflamável; manter afastado de fontes de calor, fagulhas e chamas abertas. Utilizar com ventilação adequada. Não ingerir nem respirar o vapor. Equipamento de Proteção Pessoal (PPE), como luvas, máscaras faciais e óculos sempre devem ser usados.

Inspeção o frasco com líquido antes de utilizar. Certifique-se de que, ao retirar a tampa, a abertura do frasco não está obstruída. Alguns frascos podem conter uma peça de inserção (como selamento). A peça de inserção deve estar na tampa, e não a obstruir a abertura.

Em caso de contato, lave os olhos com água durante pelo menos 15 minutos. Obtenha assistência médica imediatamente. Se se sentir afetado pelos vapores, desloque-se para o ar fresco. Se sentir dificuldade em respirar, aplique oxigênio e obtenha assistência médica. Em caso de ingestão, beba água para diluir e obtenha assistência médica. Em caso de contato com a pele, lave bem com água e sabão. Para mais informações, consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS).

##### Tissue Conditioning:

###### I. Considerações pré-tratamento:

A restauração da condição sadia dos tecidos moles danificados leva tempo, necessitando de diversas aplicações de COE-COMFORT. É recomendado que antes de iniciar o tratamento e a cada visita subsequente seja feita uma moldagem e um modelo de estudo. A comparação destes moldes demonstrará o quão bem o tratamento está progredindo. Se a prótese total removível existente não fornecer boa cobertura do tecido e não tiver relação adequada entre a posição central e vertical, estas devem ser reestabelecidas e corrigidas antes de iniciar o tratamento. Se os tecidos abaixo das próteses totais removíveis inferior e superior necessitarem de tratamento, considere tratamentos individuais. Se não for exequível, utilize prepare primeiro o superior e posicione e então prepare o inferior e posicione. Utilize misturas separadas do COE-COMFORT.

###### II. Preparação da prótese total removível:

Usando uma peça de molde, remova as rebarras da prótese total removível a fim de evitar impactos. Lave e seque a prótese total removível minuciosamente. Cubra as flanges bucal e labial com COE LUBRICANT para evitar a adesão do COE-COMFORT.

###### III. Mistura:

Dispense 5mL de Líquido COE-COMFORT em um recipiente de mistura descartável. Preencha até a marca de medida vermelha com pó COE-COMFORT (6g) e adicione o líquido lentamente. Misture completamente por 30 segundos. Deixe a mistura de lado por aproximadamente 1 minuto até que deslize lentamente da espátula. Nota: Utilizar menos líquido fornece uma mistura espessa e de fixação mais rápida e vice versa.

###### IV. Revestindo a prótese total removível:

Espalhe a mistura uniformemente na superfície a ser coberta, incluindo as bordas periféricas. Neste momento, peça ao paciente que enxague a boca completamente com água fria. A temperatura reduzida da boca fornece um tempo de trabalho mais favorável. Insira a prótese total removível se estiver tirando um molde. Instrua o paciente a fechar GENTILMENTE na oclusão. Após a prótese total removível estar estável, solicite que o paciente fale por alguns minutos para estimular os tecidos. Após quatro ou cinco minutos remova a prótese total removível e enxágue com água fria. Retire o excesso de material. Inspecione a área de contato da prótese total removível a procura de áreas de impacto em que a resina rosa da prótese exibe através do COE-COMFORT branco. Nestes casos alivie a área com uma peça de mão, lave e seque a prótese total removível completamente. Faça uma pequena quantidade de mistura de COE-COMFORT e aplique na área recentemente aliviada. Instrua o paciente a enxaguar com água fria, reinsira a prótese total removível e diga ao paciente para fechar GENTILMENTE na oclusão.

###### V. Tratamento adicional:

A total restauração do tecido para boas condições leva tempo e diversas repetições das aplicações do COE-COMFORT poderão ser necessárias. Solicite ao paciente para retornar de 2 a 4 dias após o tratamento inicial, e a cada tratamento subsequente. A cada visita remova todo o COE-COMFORT da prótese total removível usando uma peça de mão e coloque um novo revestimento de COE-COM