

# ISO FUNCTIONAL

## REBASING AND RELINING IMPRESSION MATERIAL

For use only by a dental professional in the recommended indications.

### RECOMMENDED INDICATIONS

Because of its unique slow setting characteristics ISO FUNCTIONAL enables production of extremely accurate impressions. This makes it particularly useful as an impression material for rebasing and muscle trimming. May also be used for general impressions such as dentures, root surfaces and posts.

### DIRECTIONS FOR USE

#### REBASING

1. Remove the flange and tissue contact surface from the denture to a depth of 2-3 mm using steel burs or abrasive points.
2. Cover the relieved surface of the denture with ISO FUNCTIONAL which has been softened over a flame.
3. Soften again by passing through hot water at 45°C (113°F). Insert the denture into the mouth and instruct the patient to bite and hold the denture in centric occlusion. Perform muscle trimming movements.
4. The denture should be retained in the mouth for 1 day to allow a truly functional impression to be formed under normal chewing conditions.
- Note : Advise patients to avoid hot drinks during this period.
5. The impression formed is used in standard rebasing procedures.

**NOTES**  
1) ISO FUNCTIONAL has a fast colour, no taste and no smell and is non-irritating to the patient's mouth.  
2) To avoid ISO FUNCTIONAL becoming too sticky do not overheat.  
3) If ISO FUNCTIONAL adheres to the denture, let it set hard and remove with laboratory burs and hand instruments. Remove residual traces using solvent.

### STORAGE

Recommended for optimal performance, store at temperature of (4-25°C) (39.2-77.0°F).

### PACKAGES

ISO FUNCTIONAL Sticks 120g (15 pieces)

### CAUTION

1. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
2. In case of contact with eyes, remove and flush with water.
3. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:

<http://www.gceurope.com>

or for The Americas

<http://www.gcamerica.com>

They can also be obtained from your supplier.

Last revised : 10/2018

Rx Only



DISTRIBUTED by  
**GC CORPORATION**  
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

**EU : GC EUROPE N.V.**  
Researchpark Haasrode-straat 1240, Interleuvenlaan 33,  
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

**GC AMERICA INC.**  
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.  
TEL: +1-708-597-0900  
[www.gcamerica.com](http://www.gcamerica.com)

**GC SOUTH AMERICA**  
Rua Heliópolis, 399, Santana - São Paulo, SP, BRASIL  
CEP: 02022-051 - TEL: +55-11-2925-0965  
CNPJ: 08.279.999/0001-61  
RESP. TEC: Mayara de Santis Ribeiro - CRO/SP 105.982

**GC ASIA DENTAL PTE. LTD.**  
11 Tamپines Concourse, #03-05, Singapore 528729  
TEL: +65 6546 7588

**GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.** GC AMERICA INC.  
1753 Botany Rd, Banksmeadow NSW 2019, Australia  
TEL: +61 2 9301 8200

**MANUFACTURED by**  
**NIMI CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.**  
4-13 Yokoyama-cho, Kiryu, Gunma 376-0055, Japan  
RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA:

3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.  
TEL: +61 2 9301 8200

PRINTED IN JAPAN

# ISO FUNCTIONAL

## FUNKTIONS-UND UNTERFÜTTERUNGSAKDRUCKMATERIAL

Nur von zahnärztlichem Fachpersonal für die genannten Anwendungsbereiche zu verwenden.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Aufgrund seiner einzigartig langsam Fließfähigkeit ermöglicht ISO FUNCTIONAL eine extrem genaue Abdrucknahme. Dadurch ist ISO FUNCTIONAL besonders als Abformmaterial für Funktions- und Unterfütterungsabdrücke geeignet. Auch verwendbar für allgemeine Abdrücke z. B. bei Prothesen, Wurzelloberflächen und Stiftaufbauten.

### VERARBEITUNGSANLEITUNG UNTERFÜTTERUNG

1. Die Ränder und Schleimhautkontaktfläche der Prothese bis zu einer Tiefe von 2-3 mm mit Stahlfräsen oder Arkansasteinen abschleifen.
2. Die freigelegte Oberfläche der Prothese mit vorher über einer Flamme erwachtem ISO FUNCTIONAL abdecken.
3. Die Prothese kurz in heißes Wasser (45°C) tauchen, um das Material erneut zu erwärmen, anschließend in den Mund einsetzen und den Patienten in okklusaler Stellung zubeißen lassen.
4. Die Prothese sollte 1 Tag im Mund behalten werden, um einen echten Funktionsabdruck unter normalen Kaubedingungen zu erhalten.
- Hinweis : Den Patienten darauf hinweisen, während dieser Zeit auf heiße Getränke zu verzichten.
5. Der geformte Abdruck wird für Standardunterfütterungen verwendet.

### HINWEISE

- 1) ISO FUNCTIONAL ist farbecht, geschmacks- und geruchlos und ruft keine Irritationen im Mund hervor.
- 2) ISO FUNCTIONAL nicht überhitzen, um eine zu starke Haftung zu vermeiden.
- 3) Bleibt ISO FUNCTIONAL an der Prothese haften, aushärten lassen und mit Labor- und Handinstrumenten entfernen. Restspuren mit Hilfe einer Reinigungslösung beseitigen.

### LAGERUNG

Für eine optimale Leistung wird die Lagerung bei Zimmertemperatur (4-25°C) (39.2-77.0°F) empfohlen.

### HANDELSFORMEN

ISO FUNCTIONAL Sticks 120g (15 Stück)

### ACHTUNG

1. Es sollte stets Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbürste getragen werden.
2. Bei Kontakt mit den Augen, sofort entfernen und Augen mit Wasser ausspülen.
3. In seltenen Fällen reagieren Menschen empfindlich auf dieses Produkt. Wenn eine derartige Reaktion eintritt, das Produkt nicht mehr verwenden und einen Arzt konsultieren.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind:  
<http://www.gceurope.com>

In Amerika gilt folgender Link:

<http://www.gcamerica.com>

Diese erhalten Sie auch von Ihrem Lieferanten.

Zuletzt aktualisiert : 10/2018

# ISO FUNCTIONAL

## MATERIAU D'EMPREINTE POUR REBASAGE

Ce produit est réservé à l'Art dentaire selon les recommandations d'utilisation.

### UTILISATIONS

Grâce à ses caractéristiques de prise lente, ISO FUNCTIONAL permet de reproduire des empreintes d'une extrême précision. Ce qui le rend particulièrement utile en tant que matériau d'emprise pour l'enregistrement fonctionnel des insertions musculaires. Peut aussi être utilisé pour la prise d'emprise des prothèses, des tenons et des surfaces de la racine.

### MODE D'EMPLOI REBASAGE

1. Retirer la fausse gencive et les tissus en contact avec la prothèse sur une profondeur de 2-3mm en utilisant une fraise en acier inoxydable ou des pointes abrasives.
2. Couvrir la surface débarrassée de la prothèse avec ISO FUNCTIONAL amorphobid avec la flamme.
3. Ramollir de nouveau en le passant sous de l'eau chaude à 45°C (113°F). Insérer la prothèse dans la bouche et demander au patient de mordre et de rester en relation centrée et, d'effectuer des mouvements circulaires.
4. La prothèse doit rester en bouche 1 journée pour permettre à l'emprise fonctionnelle de se former sous des conditions normales de mastication.
- Nota : Consigliare al paziente di evitare di bere bevande calde durante questo periodo.
5. L'impronta così ottenuta viene usata nella procedura standard di ribasatura.

### NOTE

- 1) ISO FUNCTIONAL ha un colore vivace, nessuno sabor ni olor y no irrita la boca de los pacientes.
- 2) Para evitar que ISO FUNCTIONAL se vuelva pegajoso, no sobrecalentar.
- 3) Si ISO FUNCTIONAL adhiere alla dentiera, lasciare indurre totalmente e rimuovere con fresa da laboratorio e strumenti manuali. Rimuovere tracce residue usando un solvente.

### NOTE

1) ISO FUNCTIONAL a una couleur stable, sans goûts ni odeurs et n'irrite pas la bouche du patient.

2) Pour éviter que ISO FUNCTIONAL devient trop collant, ne pas le surchauffer.

3) Si ISO FUNCTIONAL adhiere à la prothèse, laissez-le durcir et retirez-le avec une fraise de laboratoire et des instruments à main.

Rimuovere tracce residue usando un solvente.

### CONSERVATION

Pour des performances optimales, conserver à température ambiante (4-25°C) (39.2-77.0°F).

### CONDITIONNEMENT

ISO FUNCTIONAL Sticks de 120g (15 pièces)

### AVERTISSEMENT

1. Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et lunettes de sécurité doit être porté.
2. En cas de contact avec les yeux, retirer et rincer à l'eau.
3. Dans de rares cas, ce produit peut entraîner des sensibilités chez certaines personnes. Si tel est le cas, cessez toute utilisation et consultez un médecin.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles sur:

<http://www.gceurope.com>

ou pour l'Amérique

<http://www.gcamerica.com>

Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

Dernière mise à jour : 10/2018

# ISO FUNCTIONAL

## MATERIALE PER IMPRONTA FUNZIONALI IN RIBASATURA

Per uso esclusivo di professionisti dentali nelle indicazioni raccomandate.

### INDICAZIONI RACCOMANDATE

Grazie a sue caratteristiche esclusive di lento indurimento ISO FUNCTIONAL consente la produzione di impronte estremamente accurate. Questo lo rende particolarmente utile come materiale da impronta per ribasatura e impronte funzionali. Può essere usato anche per impronte generali in protesi mobile superficiali radicolari e perni.

### ISTRUZIONI PER L'USO RIBASATURA

1. Rimuovere dalla dentiera la flangia e la superficie di contatto con il tessuto fino a una profondità di 2-3 mm usando fresa in acciaio o punte abrasive.
2. Coprire la superficie rilevata della dentiera con ISO FUNCTIONAL amorphobid con la fiamma.
3. Ammorbidire ulteriormente immersando in acqua calda a 45°C (113°F). Inserire la dentiera in bocca e chiedere al paziente di chiudere e tenere la dentiera in occlusione centrica. Far eseguire i movimenti muscolari di adattamento.
4. La dentiera dovrebbe essere tenuta in bocca per 1 giorno per permettere che si formi una impronta veramente funzionale nelle normali condizioni di masticazione.
- Nota : Consigliare al paziente di evitare bibite calde durante questo periodo.
5. L'impronta così ottenuta viene usata nella procedura standard di ribasatura.

### NOTE

1) ISO FUNCTIONAL tiene un color vivo, no tiene sabor ni olor y no irrita la boca de los pacientes.

2) Para evitar que ISO FUNCTIONAL se vuelva pegajoso, no sobrecalentar.

3) Si ISO FUNCTIONAL adhiere a la dentiera, dejar endurecer totalmente e rimover con fresa de laboratorio e instrumentos de mano.

Retire las trazas residuales utilizando un disolvente.

### IMMAGAZZINAGGIO

Per ottenere il massimo rendimento del prodotto, si consiglia di conservarlo a temperatura ambiente (4-25°C) (39.2-77.0°F).

### CONFEZIONI

ISO FUNCTIONAL Bastoncini 120g (15 pezzi)

### AVVERTENZA

1. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali guanti, maschere facciali e occhiali di protezione.
2. En caso de contacto con los ojos, retire y aclare con agua.
3. En raros casos el producto puede causar sensibilidad en algunas personas. Si se experimenta alguna reacción, suspenda el uso del producto y diríjase al médico.

Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones pueden clasificarse como peligrosos según GHS. Siempre familiarizarse con las hojas de datos de seguridad disponibles en:

<http://www.gceurope.com>

o para América

<http://www.gcamerica.com>

También se pueden obtener de su proveedor.

Última revisión : 10/2018

# ISO FUNCTIONAL

## MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA REBASES

Sólo para uso de profesionales de la odontología en las indicaciones recomendadas.

### INDICACIONES RECOMENDADAS

Debido a su característica única de fraguado lento, ISO FUNCTIONAL obtiene como resultado impresiones extremadamente precisas. Esto lo hace particularmente útil como un material de impresión para rebasado e impresiones funcionales. Puede también usarse para impresiones en general, tales como prótesis, superficies de raíz y postes.

### INSTRUCCIONES DE USO PARA REBASES

1. Retirar el reborte y la superficie de contacto con el tejido de la prótesis hasta una profundidad de 2-3 mm utilizando fresas o puntas abrasivas.
2. Cubra la superficie desbastada de la prótesis con ISO FUNCTIONAL amorphobid sobre una llama.
3. Ablarde de nuevo introduciendo en agua caliente a 45°C (113°F). Inserte la prótesis en la boca y pida al paciente que muera y mantenga la prótesis en occlusión centrífica. Realizar movimientos funcionales.
4. La prótesis debe mantenerse en la boca durante un día para obtener una verdadera impresión funcional bajo condiciones normales de masticación.
- Nota : Pida al paciente que evite tomar bebidas calientes durante este tiempo.
5. La impresión obtenida se usa en procedimientos de rebase estándar.

### NOTAS

1) ISO FUNCTIONAL tiene un color vivo, no tiene sabor ni olor y no irrita la boca de los pacientes.

2) Para evitar que ISO FUNCTIONAL se vuelva pegajoso, no sobrecalentar.

3) Si ISO FUNCTIONAL se adhiere a la dentadura, déjelo hasta que endurezca y retire con fresas de laboratorio e instrumentos de mano.

Retire las trazas residuales utilizando un disolvente.

### CONSERVACIÓN

Recomendado para un rendimiento óptimo, almacenar en un lugar fresco (4-25°C) (39.2-77.0°F).

### PRESENTACIÓN

ISO FUNCTIONAL Sticks 120g (15 barras)

### PRECAUCIONES

1. Siempre debe utilizarse un equipo de protección personal (PPE) como guantes, mascarillas y una protección adecuada de los ojos.
2. En caso de contacto con los ojos, retire y aclare con agua.
3. En raros casos el producto puede causar sensibilidad en algunas personas. Si se experimenta alguna reacción, suspenda el uso del producto y diríjase al médico.

Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones pueden clasificarse como peligrosos según GHS. Siempre familiarizarse con las hojas de datos de seguridad disponibles en:

<http://www.gceurope.com>

o para América

<http://www.gcamerica.com>

También se pueden obtener de su proveedor.

Última revisión : 10/2018

# ISO FUNCTIONAL

THERMOPLASTISCH ADRUKMATERIAAL IN STAAFVORM

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door tandheelkundig gekwalificeerde.

## TOEPASSINGEN

Omdat ISO FUNCTIONAL de unieke eigenschap van zeer geleidelijk uitharden bezit, is het mogelijk er zeer nauwkeurige afdrukken mee te maken. Dit maakt het product in het bijzonder geschikt voor afdrukken voor rebases en voor functionele afdrukken. Het kan ook gebruikt worden voor algemene afdrukken voor b.v. prothesen en afdrukken van wortelvlakken en stompes.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### REBASEN

- Bij de prothese wordt met een stalen frees of ander snijdend gereedschap 2-3 mm verwijderd van de rand en van de contactvlakken.
- Bedeck de vlakken die ontlast zijn met ISO FUNCTIONAL hetwelk boven een vlam zacht werd gemaakt.
- Maak het materiaal opnieuw zacht door het in water van 45°C (113°F) te plaatsen. Breng de prothese in de mond en instrueer de patiënt dicht te bijten en de prothese in de centrale oclusie te houden. Pas 'muscle trimming' toe.
- De prothese zal 1 dag in de mond blijven zodat met de normale kauwbewegingen een echte functionele afdruk wordt verkregen.

**Opmerking :**  
Adviseer de patiënt in die periode geen warme dranken te nuttigen.

- De gevormde afdruk wordt gebruikt om volgens de gebruikelijke methode een rebasing aan te brengen

## OPMERKINGEN

- ISO FUNCTIONAL is kleurvast, heeft geen smaak en geur en is niet irriterend voor mondweefsel.
- Om te voorkomen dat ISO FUNCTIONAL gaat kleven, mag het niet te warm worden.
- Als ISO FUNCTIONAL zich hecht aan de prothese, laat het dan hard worden en verwijder het met techniekborren en handinstrumenten. Verwijder de restanten met een oplosmiddel.

## OPSLAG

Voor een optimaal resultaat op kamertemperatuur bewaren (4-25°C) (39.2-77.0°F).

## VERPAKKINGEN

ISO FUNCTIONAL Sticks 120g (15 stuks)

## WAARSCHUWING

- Er moeten altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gedragen, zoals handschoenen, mondmaskers en veiligheidsbrillen.
- Bij aanraking met de ogen, materiaal verwijderen en spoelen met water.
- Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het product niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclasseerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:

<http://www.gceurope.com>  
<http://www.gcamerica.com>

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

Laatste herziening : 10/2018

# ISO FUNCTIONAL

TERMOPLASTISK AFTRYKSMATERIALE I STÆNGER

Udelukkende til benyttelse af tandlæger til de i denne brugsanvisning beskrevne indikationer.

## INDIKATIONER

ISO FUNCTIONAL giver mulighed for fremstilling af ekstremt præcise aftryk på grund af den unikke langsomme hærdning. ISO FUNCTIONAL er derfor velegnet til rebaseringsaftryk samt når muskeltrimning er nødvendigt. Kan også anvendes som rutine-aftryksmateriale til aftryk til proteser, rodroverflader samt stifter.

## BRUGSANVISNING REBASERING

- Fjern flangerne og de dele af protesen der har kontakt med slimhinden i en dybde af 2-3 mm vha. stålborr, fræsere eller andre egne roterende instrumenter.
- Opvarm ISO FUNCTIONAL over en flamme og dæk den beslebne proteseverflade med det blødgjorte materiale.
- Blødgør igen materialet ved at opvarme det i 45°C varmt vand. Placer protesen i patientens mund og instruer patienten om at bide sammen og holde protesen i central oclusie. Udfør muskeltrimming.
- Patienten bør beholde protesen i munden i 1 døgn, for at opnå bedst mulige funktionelle aftryk, hvilket vil formes ved patientens tyggebevægelser.
- OBS :  
Instruer patienten om at undgå varme drikke i denne periode.
- Aftrykket anvendes som sædvanlige rebaseringsaftryk.

### OBS

- ISO FUNCTIONAL er farvestabil, har ingen smag og ingen lugt, materialet giver ingen irritation i munden.
- Undgå at varme ISO FUNCTIONAL for meget op, da det derved bliver klæbrig.
- Hvis ISO FUNCTIONAL adhærerer til protesen, hærdes den inden den fjernes med fræsere eller andre velegnede instrumenter.

## OPBEVARING

For optimal ydeevne anbefales det at opbevare materialet ved stuetemperatur (4-25°C) (39.2-77.0°F).

## PAKNINGER

ISO FUNCTIONAL Sticks 120g (15 stænger)

## ADVARSEL

- Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.
- Hvis materialet kommer i øjnene, fjernes det omgående og der skyldes med vand.
- Hos overfølsomme personer kan en sensibilisering fra produktet ikke udelukkes. Såfremt der opstår allergiske reaktioner, skal brugen af produktet indstilles. I tilfælde af allergi henvises patienten til læge.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i hht GHS. Læs altid op på alle arbejdshygieniske anvisninger som kan findes på:

<http://www.gceurope.com>  
eller for Amerika  
<http://www.gcamerica.com>

De kan altid rekvireres hos dit depot.

Sidst revideret : 10/2018

# ISO FUNCTIONAL

TERMOPLASTISK AVTRYCKSMATERIAL I STÄNGER

Används endast av utbildad tandvårdspersonal.

## INDIKATIONER

ISO FUNCTIONAL ger möjlighet till framställning av extremt exakta avtryck tack vare den unikt långa steinlingstiden.

ISO FUNCTIONAL är därför ett perfekt val vid rebaseringsavtryck och muskeltrimning. Det kan också användas till rutinavtryck vid framställning av proteser, rottytor och pelare.

## BRUGSANVISNING REBASERING

- Avlägsna 2-3 mm av de delar av protesen som har direkt kontakt med sleminnan. Vi rekommenderar användning av stålborr eller frärsare.
- Värm upp ISO FUNCTIONAL över en öppen låga och täck de preparerade delarna av protesen med det mjuka materialet.
- Mjuka upp materialet igen i 45°C varmt vatten. Placer protesen i munnen och be patienten bita ihop. Se till att hålla protesen i centriskt okklusionsläge. Muskeltrimma.
- Patienten bör behålla protesen i munnen under ett dygn så att optimal funktion skapas under normala tuggförhållanden.  
OBS :  
Avråd patienten att inta varma drycker under denna tid.
- Aftrycket används som vanligt rebaseringsavtryck.

### NOTERA

- ISO FUNCTIONAL är färgstabil, smak- och luktfri samt irriterar inte munnen.
- För att undvika klubbighet, överhettा inte ISO FUNCTIONAL.
- Om ISO FUNCTIONAL fastnar i protesen, låt materialet stelnna. Avlägsna med hjälp av stålborr / frärsare och lämpliga handinstrument.

## FÖRVARING

För optimala resultat rekommenderas förvaring i rumstemperatur (4-25 °C) (39.2-77.0 °F).

## FÖRPACKNINGAR

ISO FUNCTIONAL Sticks 120g (15 st)

## VARNING

- Använd alltid handskar, munskydd och skyddsglasögon eller annan personlig skyddsutrustning.
- Ifall materialet kommer i kontakt med ögonen, avlägsna och skölj med vatten.
- I sällsynta individuella fall kan produkten orsaka sensibilisering. Ifall detta skulle inträffa, använd inte produkten på patienten ifråga samt härvisa patienten till en dermatologisk läkarmottagning.

Vissa produkter som härvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS. Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på:  
<http://www.gceurope.com>  
eller för Amerika på  
<http://www.gcamerica.com>

Dessa kan också erhållas från din leverantör.

Reviderad senast : 10/2018

# ISO FUNCTIONAL

MATERIAL DE IMPRESSÃO PARA REBASAMENTO

A ser utilizado apenas por um profissional dentário para as indicações recomendadas.

## INDICAÇÕES RECOMENDADAS

Devido às suas características únicas de presa lenta, o ISO FUNCTIONAL permite a tomada de impressões altamente precisas. Isso torna-o especialmente útil como material de impressão para o rebasamento e alívio das áreas de inserção muscular. Também pode ser utilizado para a tomada de impressões gerais, como próteses, superfícies radiculares e espinhos.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO REBASAMENTO

- Remova cerca de 2-3 mm da prótese no rebordo e na superfície de contacto com o tecido, utilizando brocas de aço ou pontas abrasivas.
- Cubra a superfície desobstruída da prótese com ISO FUNCTIONAL amolecido à chama.
- Amoleça o material de novo mergulhando em água quente a 45°C (113°F). Coloque a prótese na boca e peça ao doente para morder e manter a prótese em oclusão céntrica. Faça os movimentos para aliviar as áreas de inserção muscular.
- A prótese deve ser mantida na boca durante 1 dia, para permitir a formação de uma impressão verdadeiramente funcional, sob condições de mastigação normais.
- Nota:  
Aconselhe o doente a evitar bebidas quentes durante este período.
- A impressão formada é utilizada em procedimentos padronizados de rebasamento.

### NOTAS

- O ISO FUNCTIONAL tem uma cor fixa, não tem sabor, é inodoro e não irrita a boca do doente.
- Para evitar que o ISO FUNCTIONAL fique demasiado pegajoso, não aqueça excessivamente.
- Se o ISO FUNCTIONAL colar à prótese, deixe-o endurecer e remova-o com brocas e instrumentos manuais no laboratório. Remova os resíduos com um solvente.

## ARMAZENAMENTO

Recomenda-se, para um ótimo desempenho, que seja guardado a temperatura ambiente (4-25°C) (39.2-77.0°F).

## EMBALAGENS

ISO FUNCTIONAL Barras 120g (15 unidades)

## CUIDADO

- Equipamentos de proteção individual (EPI) tais como luvas, máscaras e óculos de segurança devem ser sempre utilizados.
- Em caso de contacto com os olhos, retirar e lavar com água.
- Em casos raros, o produto pode provocar reacções de sensibilidade algumas pessoas. Caso se observem reacções desse género, interrompa o uso do produto e consulte um médico

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de utilização podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre familiarize-se com as fichas de informação de segurança disponíveis em:  
<http://www.gceurope.com>  
ou para as Américas  
<http://www.gcamerica.com>

Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

Última revisão : 10/2018

# ISO FUNCTIONAL

ΥΔΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και για τις προτεινόμενες ενδείξεις.

## ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών αργού πολυμερισμού του υλικού ISO FUNCTIONAL επιτρέπεται η ιδιαίτερη ακριβής αναπραγμάτωγε λεπτομερείων. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ως υλικό αποτυπωτισμού για την αναπροσαρμογή βάσης και την επαρκή μάλαξη των μων κατά τη διαδικασία αποτυπωμάτωσης.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για γενικά αποτυπωμάτωση διοντοστοιχιών, επιφανειών πιζών και άξονων.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Αφαιρέστε την περιφερειακή επιφάνεια των πτερυγίων και την επιφάνεια επαρφής της διοντοστοιχίας σε βάθος 2-3 mm με εγγυλφίδες αλουμινίου και αδρόκοκκη ελαστικά.
- Καλύψτε την προποτομένη επιφάνεια της διοντοστοιχίας με ISO FUNCTIONAL το οποίο έχει προηγουμένως μαλακώσει πάνω από φλόγα.
- Μαλακώστε επιπρόσθια το υλικό περνώντας το από ζεστό νερό στους 45°C (113°F). Εισάγετε την διοντοστοιχία στο στόμα και δώστε οδηγίες στον ασθενή σας να δαγκώσει και να κρατήσει την διοντοστοιχία στην κεντρική σύγκλειση. Πραγματοποιήστε ελαφριές κινήσεις στους μωνές.
- Η διοντοστοιχία πρέπει να κρατηθεί στο στόμα για 1 ημέρα ώστε να προκύψει ένα πραγματικά λεπτομερό αποτύπωμα κάτω από φυσιολογικές συνθήκες μάσησης. Σημειώσω : Συμβουλεύστε τους ασθενείς σας να αποφύγουν την κατανάλωση ζεστών ροφημάτων κατά την περίοδο αυτή.
- Το αποτύπωμα που προκύπτει με διαφορετικές μέθοδους θα διαφέρει για όλες τις βασικές διαδικασίες αναπροσαρμογής βάσης.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Το υλικό ISO FUNCTIONAL έχει ανεξίτηλο χρώμα, απουσία γεύσης ή οσμής και δεν είναι ερεθιστικό για το βλεννογόνο του στόματος.
- Για την αποφύγηση μετατροπής του ISO FUNCTIONAL σε ιδιαίτερα κολλώδεις αποφύγετε την υπερέμραση του.
- Αν το υλικό ISO FUNCTIONAL συγκαλλεθεί στην οδοντοστοιχία αφήστε το να πολυμερίστε και αφαιρέστε το με εργαστηριακές εγγύλωψες και εργαλεία χειρός. Αφαιρέστε τα υπολείμματα υλικού με διαλύτη.

## ΦΥΛΑΞΗ

Για ιδιαίτηρη απόδοση συστήνεται η φύλαξη σε θερμοκρασία διαδιύλματος (4-25°C)(39.2-77.0°F).

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ISO FUNCTIONAL Sticks Σωληνώρια 120g (15 κομμάτια)

## ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας (ΠΕΑ) όπως γάντια, μάσκες και προστατευτικά γυαλιά πρέπει να πάντα να χρησιμοποιούνται.
- Σε περιπτώση επαφής με τους οφθαλμούς, αφαιρέστε το και ξεπλύνετε με νερό.
- Σε αντίστοιχη περιπτώσεις το προϊόν μπορεί να προκαλεστεί υπερευασθητίσια σε κάποια άτομα. αν παραπρηθούν τέτοιες αντιδράσεις, παρακαλούμε διακρύψη τη χρήση του προϊόντος και αναζητήστε ιατρική συμβούλη.

Κάποια από τα προϊόντα που αναφέρονται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης μπορεί να ταξινομηθούν ως επικινδύνων αύμφωνα με το GHS. Εξοικειωθείτε με τις οδηγίες ασφαλείας που διατίθενται στη διεύθυνση:  
<http://www.gceurope.com>  
ή για την Αμερική<sup>1</sup>  
<http://www.gcamerica.com>  
Επίσης μπορείτε να τις παραλάβετε από τον προμηθευτή σας.

Τελευταία αναθεώρηση κειμένου : 10/2018